


Varenummer 1000026659

# Desinfektion, Chirosan Plus, til instrumenter, pulver

- ✓ Effektiv efter 5 minutter
- ✓ High level desinfektion

MD CE

## Produktbeskrivelse

Pereedikesyrebaseret desinfektionsmiddel på pulverform til desinfektion af kirurgiske instrumenter og thermalibilt udstyr. Blandingsforholdene er 10g Chirosan pulver og 990g vand.



## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Produktbetegnelse** | Desinfektion |
| **Varemærke** | Chirosan |
| **Vareserie** | Plus |
| **Features** | Til instrumenter, pulver |
| **pH-værdi (konc.)** | 7,5 - 8,5 |
| **Vægt, netto** | 1.5 kg |
| **Certifikater** | CE. MD. |
| **CE-klasse (medicinsk udstyr)** | Klasse IIa |
| **Produkt- eller teststandarder** | EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615, EN 14348 |
| **Direktiver, lovgivning og regler** | (EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, MDR (EU) 2017/745 |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kll | 1 stk | 21.5 cm | 19.8 cm | 12.4 cm | 8595638104432 |
| stk | 2 kg | | | | |

MD Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet er ætsende.



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com