

Varenummer 232924

Strep A test, Osom, dipstick, 50 stk., 321 g

CE

Produktbeskrivelse

Anvendes til bestemmelse af B-hæmolytiske A-streptokokker i svælget. Analysetid: 5 min. Er SKUP afprøvet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep A test
Varemærke	Osom
Features	Dipstick, 50 stk.
Længde/dybde	21.1 cm
Bredde	12.2 cm
Højde	10 cm
Vægt, netto	321 g
Vægt, brutto	321 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	900 stk	43.5 cm	39 cm	31.5 cm	
pk	50 stk	21.1 cm	12.2 cm	10 cm	742860100277
stk	1 stk				

CE CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com