


Varenummer 290723

ABENA Classic

# Undersøgelseshandske, ABENA Classic Sensitive, L, lilla, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ Ingen latexproteiner

MD CE CAT III

## Produktbeskrivelse

Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug, og giver en god gennemfølingsevne. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.

LATEX · MEDIUM GRIP · 240 mm · AQL 1.5 · EN ISO 374-5: 2016 VIRUS · EN 455 · EN ISO 21420 · 374-1:2016/ Type B KPT

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Produktbetegnelse** | Undersøgelseshandske |
| **Varemærke** | ABENA |
| **Vareserie** | Classic Sensitive |
| **Størrelse** | L |
| **Farve** | Lilla |
| **Egenskaber** | Finger textured, latexfri, medium grip, rullet manchet, sensitiv |
| **Features** | Pudderfri |
| **Engangs/flergangs** | Engangs |
| **Materiale** | Nitril |
| **Ingrediensliste** | Nitrile, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Antioxidant, Chlorine, Pigment Violet 23, Carbon Black, Pigment Red 122 |
| **Længde/dybde** | 240 mm |
| **Bredde** | 105 mm |
| **Vægt, netto** | 3.4 g |
| **Tykkelse** | 0,07 +/- 0,02 mm |
| **Certifikater** | CE. Til fødevarer. CAT III. MD. |
| **CE-kategori (personligt værnemiddel)** | CAT III |
| **CE-klasse (medicinsk udstyr)** | Klasse I |
| **Produkt- eller teststandarder** | AQL 1.5, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT |
| **Direktiver, lovgivning og regler** | (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745 |
| **Holdbarhed** | 5 år |
| **Opbevaringsinstruktioner** | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| **Bortskaffelse af produkt** | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| **Bortskaffelse af emballage** | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |

290723 02

## Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kll | 1000 stk | 27.1 cm | 26 cm | 26 cm | 5703538271885 |
| pk | 100 stk | 25.2 cm | 12.2 cm | 5 cm | 5703538271915 |
| par | 2 stk | | | | |
| stk | 1 stk | | | | |

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

---

LATEX

Produktet indeholder ikke latex.

Handsken har en fingerstruktureret overflade.

MEDIUM GRIP

Handsken har medium greb.

240 mm

Handsken er 240 mm lang.

EN ISO 374-5: 2016
VIRUS

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

374-1:2016/ Type B
KPT

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com




ABENA
Gloves | Nitrile
POWDER-FREE | MEDICAL EXAMINATION GLOVES
L
8-9
Classic
SENSITIVE
100 pcs.


ABENA
Gloves | Nitrile
POWDER-FREE | MEDICAL EXAMINATION GLOVES
L
8-9
Classic
SENSITIVE
100 pcs.

29072302